



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

08.08.2016.
Uz 08.08.2016.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti Nr.2 iepirkumā: „**Mācību līdzekļu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana dabaszinību kabinetam A.Egliša Ļaudonas vidusskolā**”, identifikācijas numurs MNP2016/32.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija saņēma ieinteresētā piegādātāja jautājumu iepriekšminētajā iepirkumā un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta trešo daļu sniedz atbildi:

1. Jautājums:

Iepirkuma tehniskās specifikācijas 25.1. punktā ir minēts, ka ir nepieciešama prece - žāvējamais skapis. Tomēr mēs atrodam tikai žāvējamais skapi, kura ārējie izmēri ir 400x515x410 mm (PxGxA). Lūdzam atbildēt, vai ir pieļauta kļūda iepirkuma tehniskās specifikācijas sagatavošanā un vai varam piedāvāt žāvējamais skapis: Žāvējamais skapis laboratorijas darbu veikšanai ar temperatūras kontrolieri.

Tilpums - 24 l

Maksimālā temperatūra - 200 grādi C.

Darba kameras izmēri: 300x380x200 mm (PxGxA)

Ārējie izmēri: 400x515x410 mm (PxGxA)

Plauktu skaits: 2 gab

Jauda: 1 kW.

ATBILDE uz 1.jautājumu:

Skaidrojam, ka piegādātāja norādītā starpība žāvējamā skapja ārējos izmēros nav būtiska un ir pieļaujama.

Komisijas priekšsēdētājs

Ā.Vilškersts